

**Bestandsverzeichnis Medizinprodukte**

laufende Nummer	Standort	Bezeichnung	MP	aktive MP	STK MTK-Pflicht	BGV A3	Bezeichnung nach DIMDI	Seriennummer	Jahr der Ansch.	CE-Nummer	Hersteller	gekauft bei	Frist für STK/MTK	Zuständig für STK/MTK	letzte STK/MTK	STK/MTK/Wartung fällig am
1	Anmeldung	Scheitelbrechwertmesser Topcon CL 2500	x	x		x	Refraktometer, ophthalmologisch, (13-313)	xxxxx			Topcon	Oculus; 0641/2005-0				
2	Anmeldung	Autorefraktometer AR 310 A	x	x		x	Refraktometer, ophthalmologisch, (13-313)	xxxxxxxxxxxx		123	Nidek Co. Ltd.	Oculus				
3	Anmeldung	Non-Contact-Tonometer XPerT NCT	x	x	x	x	Tonometer, ophthalmologisch, (16-809)	xxxxxxxxxxxx		keine	Leica		alle 2 Jahre	Reichert GmbH	17.06.2008	01.06.2010
4	Raum 1	Sehzeichenprojektor Auto Chart Projector CP-690	x	x		x	Projektor, Tabelle, Augen (16-890)	xxxxxxxxxxxx	2004	keine	Nidek Co. Ltd.	Oculus				
5	Raum 1	Kaltlichtquelle HK 150-2 multi FL	x	x		x	Lichtquelle, faseroptisch (12-345)	xxxxxxxxxxxx		keine	Hecht					
6	Raum 1	Bonnoskop für Kaltlichtquelle	x	x		x	Ophthalmoskop, indirekt (12-818)	ø Nummer		keine	Heine					
7	Raum 1	Refraktionseinheit Concepta mit Spaltlampe	x	x		x	Untersuchungs-/Behandlungsplatz, ophthalmologisch (18-014), Spaltlampe (12-281)	xxxxxxxxxxxx	2004	keine	Refraktionseinheit: Oculus; Spaltlampe: Haag-Streit	Oculus				
8	Raum 1	Applanationstonometer AT 900 C/M	x	x	x	x	Tonometer, ophthalmologisch, (16-809)	xxxxxxxxxxxx	2004	0124	Haag-Streit	Oculus	alle 2 Jahre	MKD-Service GmbH, Issum, Tel 02835/445233	01.12.2007	01.12.2009
9	Raum 1	Kopfophthalmoskop Heine Sigma 150	x	x		x	Ophthalmoskop, indirekt (12-818)	ø Nummer		keine	Heine					
10	Raum 1	Accubox II	x	x		x	Batterie/Akkumulator (16-640)	ø Nummer		keine	Heine					
11	Raum 2	Sehzeichenprojektor Auto Chart Projector CP-770	x	x		x	Projektor, Tabelle, Augen (16-890)	xxxxxxxxxxxx	2007	keine	Nidek Co. Ltd.	Oculus				

**Bestandsverzeichnis Medizinprodukte**

12	Raum 2	Refraktionseinheit Contest S mit Spaltlampe	x	x		x	Untersuchungs-/Behandlungsplatz, ophthalmologisch (18-014), Spaltlampe (12-281)	Refraktionseinheit 140.47; Spaltlampe 09403	2007	keine	Refraktionseinheit: Oculus; Spaltlampe: Haag-Streit	Oculus				
13	Raum 2	Applanationstonometer AT 900 C/M (900R)	x	x	x	x	Tonometer, ophthalmologisch, (16-809)	31397	2007	1250	Haag-Streit	Oculus	alle 2 Jahre	MKD-Service GmbH, Issum, Tel 02835/445233	01.12.2007	01.12.2009
14	Raum 2	Kopfophthalmoskop Heine Omega	x	x		x	Ophthalmoskop, indirekt (12-818)	ø Nummer		keine	Heine					
15	Raum 2	Accubox mPack	x	x		x	Batterie/Akkumulator (16-640)	ø Nummer	2008	keine	Heine					
16	Raum 2	Anomaloskop nach Nagel	x	x		x	Anomaloskop (16-324)	21975		keine	Schmidt-Haensch					
17	Raum 2	YAG-Laser YC 1800	x	x	x	x	Laser, ophthalmologisch, ND-Yag (16-943)	xxxxxxxxxxxx	2008	123	Nidek Co. Ltd.	Oculus	jährlich	Oculus: internes Recallsystem	18.01.2008	01.01.2009
18	Raum3	Mesoptometer 62500 n. Aulhorn / Reiner	x	x		x	Visus-Prüfgerät (14-382)	xxxxxxxxxxxx		keine	Möller					
19	Raum 3	Sehzeichenprojektor Idemvisus	x	x		x	Projektor, Tabelle, Augen (16-890)	ø Nummer		keine	Möller-Wedel					
20	Raum 3	Skioskop Heine Beta FR mit Ladestation Accu mat	x	x		x	Retinoskop (13-372)	Ladestation: 14223		keine	Heine					
21	Raum 3	Ophthalmoskop autofocus 2	x	x		x	Opthalmoskop, direkt (12-817)	ø Nummer		keine	Heine					
22	Raum 3	Retinometeraufsatz Lambda	x	x		x	Opthalmoskop, direkt (12-817)	ø Nummer		keine	Heine					
23	Raum 3	Maddoxkreuz	x	x		x	Amblyoskop (17-536)			keine	Oculus					
24	Raum 4	Pachycam	x	x		x	Pachycam, Scheimpflug Kamera System (16-330)	xxxxxxxxxxxx	2007	keine	Oculus	Oculus				

**Bestandsverzeichnis Medizinprodukte**

25	Raum 4	HRT	x	x		x	Laser, ophthalmologisch, sonstige (12815)	xxxxxxxxxxxx	2007	482	Heidelberg Engineering	Heidelberg Engineering				
26	Raum 4	OP-Leuchte Typ 602347	x	x		x	Leuchte, Chirurgie (12-282)	ø Nummer		keine	Haeberle					
27	Raum 4	Tübinger Automatikperimeter TAP 2000 CT	x	x		x	Perimeter, automatisch (16- 918)	xxxxxxxxxxxx		keine	Oculus					